

## INSTRUÇÃO DE USO

Nome Técnico: Kit Cirúrgico.

Nome Comercial: Basic Block - Kit Para Bloqueio – GlobalSanté

### 1. MODELOS COMERCIAIS.

H27-01.0418050	Basic Block - Kit para Bloqueio 18G x 50mm – GlobalSanté;
H27-01.0418100	Basic Block - Kit para Bloqueio 18G x 100mm – GlobalSanté;
H27-01.0418150	Basic Block - Kit para Bloqueio 18G x 150mm – GlobalSanté;
H27-01.0419050	Basic Block - Kit para Bloqueio 19G x 50mm – GlobalSanté;
H27-01.0419100	Basic Block - Kit para Bloqueio 19G x 100mm – GlobalSanté;
H27-01.0419150	Basic Block - Kit para Bloqueio 19G x 150mm – GlobalSanté;
H27-01.0420050	Basic Block - Kit para Bloqueio 20G x 50mm – GlobalSanté;
H27-01.0420100	Basic Block - Kit para Bloqueio 20G x 100mm – GlobalSanté;
H27-01.0420150	Basic Block - Kit para Bloqueio 20G x 150mm – GlobalSanté;
H27-01.0421050	Basic Block - Kit para Bloqueio 21G x 50mm – GlobalSanté;
H27-01.0421100	Basic Block - Kit para Bloqueio 21G x 100mm – GlobalSanté;
H27-01.0421150	Basic Block - Kit para Bloqueio 21G x 150mm – GlobalSanté;
H27-01.0422050	Basic Block - Kit para Bloqueio 22G x 50mm – GlobalSanté;
H27-01.0422100	Basic Block - Kit para Bloqueio 22G x 100mm – GlobalSanté.

### 2. FORMA DE APRESENTAÇÃO.

O BASIC BLOCK - KIT PARA BLOQUEIO - GLOBALSANTÉ (contendo: 01 Cânula, 01 Escala e 01 Perfusor), é embalado unitariamente, em duplo papel tubular grau cirúrgico, selado termicamente, mais embalagem de proteção externa, em papel acartonado e rotulagem, pronto para o uso, já esterilizado em óxido de etileno – ETO ou, fornecido em embalagem primária em blister, fabricado em PET virgem transparente, selado termicamente com papel Tyvek, mais embalagem de proteção externa de papel cartonado e rotulagem prontos para utilização, já esterilizado em Óxido de Etileno (ETO). Cada embalagem contém uma unidade do Kit. Na rotulagem externa, constam as seguintes informações: Nome do Fabricante; Nome Comercial do Produto; Nome Técnico; Número de Lote; Número de Registro na ANVISA; Código do Produto; Quantidade; Descrição do produto que contém na embalagem (Modelo); Data de Fabricação; Data de Vencimento; Descrição da Matéria Prima; Endereço do Fabricante; Nome do Responsável Técnico; Produto Estéril, Esterilizado por Gás Óxido de Etileno; Antes de Usar, vide instruções de uso; Advertências/Precauções/Cuidados Especiais/Simbologia: Vide Instrução de Uso.

A HCS, em acordo com a RDC 431/20, estabelecida pela Anvisa, disponibiliza as instruções de uso para download no site da Anvisa (<https://www.gov.br/anvisa/pt-br>).

### 3. INDICAÇÃO DE USO.

O BASIC BLOCK - KIT PARA BLOQUEIO - GLOBALSANTÉ destinado ao procedimento cirúrgico percutâneo minimamente invasivo, é indicado para:

- Infiltração das facetas articulares;
- Infiltração transforaminal;
- Bloqueio facetário;
- Bloqueio do ramo medial;
- Bloqueio anestésico de nervo;
- Bloqueio seletivo do nervo;
- Bloqueio simpático lombar;
- Bloqueio de gânglio estrelado;
- Bloqueio de nervo periférico.

Esse produto é utilizado para tratamento do processo degenerativo das articulações do corpo, tais como quadril, joelho, ombro, coluna, entre outras; auxiliando no tratamento de dor por origem oncológica e de bloqueios de nervos periféricos, utilizando solução anestésica padronizada.

A critério do médico, a estimulação e o bloqueio, podem ser realizados conjunto ou separadamente.

A utilização deste produto é restrita ao pessoal médico habilitado, com treinamento e experiência adequada necessária, para realizar procedimentos de bloqueio.

O BASIC BLOCK - KIT PARA BLOQUEIO - GLOBALSANTÉ é um produto minimamente invasivo de uso transitório. Não possui componente ou acessório implantável.

### 4. MODO DE USO DO PRODUTO.

Antes do uso, certifique-se de que a embalagem não está violada ou danificada. Utilize o produto somente se a embalagem estiver intacta e dentro do prazo de validade (informação que consta no rótulo).

As técnicas cirúrgicas variam de acordo com a escolha do médico cirurgião e, sendo assim, cabe ao mesmo a escolha da técnica mais adequada a ser empregada, qual ou quais Cânulas a utilizar, bem como os critérios de avaliação dos resultados da cirurgia.

O produto deve ser manuseado por profissional habilitado segundo as técnicas, protocolos cirúrgicos e critérios médicos adequados. Os procedimentos de preparo, posicionamento e assepsia do paciente, devem ser obedecidos.

O BASIC BLOCK - KIT PARA BLOQUEIO - GLOBALSANTÉ deve ser utilizado somente para a finalidade específica que foi projetada.

Modo de uso do produto:

- 1- Realizar uma inspeção visual e certificar-se de que a embalagem não está danificada;



- 2-Remover os componentes da embalagem estéril em ambiente limpo e utilizando técnicas assépticas;
- 3-Insirir a cânula de bloqueio com o auxílio de Flúoroscopia ou Ultrassonografia no local que será realizado o procedimento cirúrgico;
- 4-Conecte o cateter da cânula ao perfusor, o qual será conectado à seringa contendo a solução anestésica padronizada para o desbloqueio do nervo;
- 5-Depois o término do procedimento, o material deverá ser descaracterizado e descartado em local apropriado, seguindo os regulamentos aplicáveis ao descarte de material perfuro-cortante e contaminado, adotado pelo hospital.

## **5. COMPOSIÇÃO.**

Cânula: Aço inox ASTM F899, PC e PP

Perfusor: PVC flexível transparente e Policarbonato.

## **6. ESTERILIDADE.**

Produto apresentado na condição “Estéril” – ETO, com prazo de validade de 05 (cinco) anos.

## **7. CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE E MANIPULAÇÃO.**

- O dispositivo deve ser armazenado em local limpo, seco e a uma temperatura adequada.
- Transportar com cuidado para evitar a queda e atrito, a fim de não danificar a embalagem e o dispositivo.
- Manipular o dispositivo estéril de acordo com os procedimentos assépticos adequados. Proteger de qualquer contato acidental com outros dispositivos, o que poderia provocar danos no acabamento da superfície. Inspeccionar todo e qualquer dispositivo antes de utilizar, de modo a verificar visualmente se o mesmo e sua embalagem, não se encontram danificados.
- Informações adicionais sobre o dispositivo, podem ser obtidas junto a HCS (ver dados ao final desta instrução) ou, no distribuidor/revendedor.

Cuidados com recebimento, estocagem, transporte e conservação das referências do lote, devem ser adotados em conjunto com as Boas Práticas de Armazenamento e Distribuição de Produtos Médicos e conforme as diretrizes da RDC-16/13.

## **8. ADVERTÊNCIAS/PRECAUÇÕES**

- Este produto deve ser utilizado somente por profissional médico especializado, qualificado, que possua o conhecimento e a experiência necessárias para a utilização correta do produto. Deve ter conhecimento de manuseio de produtos estéreis para que não haja riscos de contaminação.
- Produto fornecido na condição estéril;
- Produto esterilizado por Óxido de Etileno – ETO;
- Proibido reprocessar;


- Antes de utilizar o produto, ler atentamente as instruções de uso.
- A HCS não se responsabiliza por danos que eventualmente ocorram no produto e com consequências ao paciente em função de utilização inadequadas ou impróprias;
- Não utilize o produto fora do prazo de validade;
- Produto não acompanha nenhum material implantável e nenhum medicamento ou fármaco;
- O produto deve ser inutilizado e descartado em lixo hospitalar;
- Caso o produto seja armazenado, transportado, manipulado ou descartado fora das condições especificadas, pode gerar riscos ao procedimento e ao paciente;
- O produto não deve ser utilizado em aplicações diferentes das indicadas na sua finalidade de uso.

## 9. DESCARTE.

Recomenda-se que o instrumento após sua utilização seja descartado em locais apropriados, afim de se evitar contaminação de pessoas e o meio ambiente.

Seguir as diretrizes indicadas na RDC-222/2018 – Regulamenta as Boas Práticas de Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde e dá outras providências

## 10. MODELO DE RÓTULO E SIMBOLOGIA.



Descrição dos campos:

- 01: logotipo do fabricante;
- 02: dados do fabricante;
- 03: indica a quantidade do produto na embalagem;
- 04: manter seco;
- 05: manter ao abrigo do sol;
- 06: válido até;
- 07: frágil, manusear com cuidado;



- 08: esterilizado por óxido de etileno;
- 09: número no catálogo;
- 10: produto de uso único;
- 11: data de fabricação;
- 12: não utilizar se a embalagem estiver danificada;
- 13: consultar instruções de operação;
- 14: código de lote;
- 15: número de registro na Anvisa;
- 16: matéria prima utilizada no produto;
- 17: descrição do modelo comercial do produto;
- 18: descrição do nome comercial do produto;
- 19: descrição do nome técnico do produto;

HCS Indústria e Comércio de Produtos Ortopédicos Ltda – ME.

CNPJ: 26.443.446/0001-84.

I.E.: 417.461.427.110.

Endereço: Via Prefeito Jurandyr Paixão, 2800.

Complemento: Rua Araucária, 443.

CIL – Centro Industrial de Limeira.

Limeira – SP.

CEP: 13481-149.

Fone: (19) 3440-2644.